

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП Д2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	МИ ЛВ.15-2021 Локальная вибрация. Метод измерений локальной вибрации. Методика измерений локальной вибрации на рабочих местах.	Рабочие места	—	—	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	(60 - 204) дБ
					Максимальное текущее среднеквадратичное значение скорректированного уровня ускорения	(60 - 204) дБ
					Уровень виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 8, 16, 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц	(56 - 194) дБ
					<i>Расчетный показатель:</i> Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения за рабочую смену <i>Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом:</i> - эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	—

Примечание:

При указании диапазонов измерений необходимо руководствоваться данными Вашего СИ (вибромера).